

Nem/sıcaklık/çığleşme noktası için ölçüm cihazı

testo 608 - İç ortamlarda iklim koşullarını sürekli izleme

Sürekli olarak sıcaklık, nem ve çığleşme noktasını ekranda görüntüleme

Maks./Min. değerleri görüntüleme

Batarya

testo 608-H2'ye ek olarak:

LED alarm fonksiyonu limitler aşıldığında uyarı verir

Yüksek seviye doğruluk, ± 2 %RH



testo 608-H1 ekonomik higrometre; nem ve sıcaklık ölçümü ve çığleşme noktası hesabı yapar.

Geniş ekranıyla cihazdaki değerleri uzaktan okuyabilir, cihazı duvara monte edebilir veya masaüstünde ayaklı şekilde kullanabilirsiniz.

testo 608, maks./min. değerleri ve batarya durumunu ekranda gösterir. Sabit sensörü sayesinde doğru ölçüm sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

testo 608-H2, hassas alarmlı higrometre; nem ve sıcaklık değerlerinde limit aşımalarını raporlar. Örn: seralarda, temiz odalarda, müzelerde, laboratuvarlarda...

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 608-H1

testo 608-H1 higrometre; nem/çiğleşme noktası/sıcaklık ölçüm cihazı, batarya ile birlikte



Ürün kodu 0560 6081

testo 608-H2

testo 608-H2 nem/çiğleşme noktası/sıcaklık ölçüm cihazı; LED alarm, batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte



Ürün kodu 0560 6082

Genel teknik veriler

Ölçüm sıklığı	18 sn
Saklama sıcaklığı	-40 ... +70 °C
Batarya tipi	9V blok batarya
Pil ömrü	yaklaşık 1 yıl
Ağırlık	168 g
Boyutlar	111 x 90 x 40 mm
Malzeme/Gövde	ABS
Ekran	LCD, 2 satır
Garanti	2 yıl

0981 9954/msp/A/01_2012

Testo LTD. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Teknik bilgi	testo 608-H1		testo 608-H2	
	NTC	Testo nem sensörü, kapasitif	NTC	Testo nem sensörü, kapasitif
Ölçüm aralığı	0 ... +50 °C -20 ... +50 °C td	+10 ... +95 %RH	-10 ... +70 °C -40 ... +70 °C td	+2 ... +98 %RH
Doğruluk ±1 dijital	±0.5 °C (+25 °C' de)	±3 %RH (+10 ... +95 %RH)	±0.5 °C (+25 °C' de)	±2 %RH (+2 ... +98 %RH)
Çözünürlük	0.1 °C	0.1 %RH	0.1 °C	0.1 %RH
Çalışma sıcaklığı	0 ... +50 °C		-10 ... +70 °C	

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

TÜRKAK Nem Kalibrasyonu Kalibrasyon Aralığı: %10...%90 RH arasında 3 nokta	290521 2111
TÜRKAK Sıcaklık Kalibrasyonu Kalibrasyon Aralığı:-30...+70°C arasında 3 nokta	290521 1111
TÜRKAK Datalogger Nem Kalibrasyonu Sabit kalibrasyon noktaları: : %30 ve 40°C, %50 ve 25°C, %70 ve 15°C	290521 2102
ISO kalibrasyon sertifikası, nem Sabit kalibrasyon noktaları: 11.3, 75.3 %RH, +25°C	290520 0076
ISO kalibrasyon sertifikası, sıcaklık Sabit kalibrasyon noktaları: 15, 25, +40°C	290520 0073

Testo Elektronik ve Test Ölçüm Cihazları Dis Ticaret Ltd. STİ.
Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Mrk. C / Blok No:5/1
Daire: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 2 17 01 55
Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr
www.testo.com.tr